入浴装置（介護浴槽）をお使いの皆様へ

専用の担架からの転落事故を防ぐために
製品のご使用に関するお願い

拝　啓

平素はオージー製品をご愛用賜り、厚くお礼申し上げます。

この「お知らせ」は、弊社入浴装置による転落事故情報に基づき、事故発生を未然に防ぐための注意喚起を目的としています。本通知書はお手元の取扱説明書と一緒に保管いただければ幸いです。

またラミネートしていただくことで、ポスターとして浴室内でご活用頂くこともできます。

敬　具

【対象製品】



担　架

RA-312, RA-332, RA-345,
RA-355（写真は RA-355S）

電動昇降型ストレッチャー

RA-190, RA-191, RA-181
（写真は RA-191）

アーチ型ストレッチャー

RA-161

転落事故の発生を未然に防ぐためには　～日常点検項目～



担架
（図は RA-332）

サイドフェンス

- サイドフェンスが**確実にロック／解除**できますか？
- サイドフェンスで**ぐらつく箇所**がありませんか？
- サイドフェンスやロック解除レバーが**スムーズに動きますか**？

安全ベルト・固定用／調整用バックル

- 安全ベルトに**ほつれ、切れかかり**がありませんか？
- 安全ベルトの**通し方を間違えて**いませんか？
- 固定用／調整用バックルに**破損**はありませんか？

転落事故の発生を未然に防ぐためには　～入浴介助時～



- 入浴介助は、**必ず２名以上**で介助を行ってください。
- 入浴者が担架に乗っている間は、**入浴者から常に目を離さないで**ください。

- 入浴者に担架の **安全ベルトを着用**してください。



- 担架のサイドフェンスを起こした後、**確実にロックされている**ことを確認してください。
- 入浴者が**手摺を持っている**ことを確認してください。

尚、点検方法などの詳細は、取扱説明書をご確認ください。

もしも機器に何らかの異常が感じられた場合は、危険ですので直ちに使用を中止し、お買い上げ店、または最寄りの弊社支店／営業所までご連絡ください。

また取扱説明書を紛失等でお持ちでない場合には、お買い上げ店、または最寄りの弊社支店／営業所までお問い合わせください。

連絡先

休日受付コールセンター　0120-33-7181

受付時間　9：00 ～ 17：00（休日専用　土・日・祝・年末年始）

平日は、最寄りの支店・営業所へご連絡ください。受付時間　9：00 ～ 17：00

仙台支店	022-308-6477	埼玉支店	048-685-0980	広島支店	082-832-2788
札幌営業所	011-841-9777	新潟営業所	025-226-7251	岡山営業所	086-276-8384
盛岡営業所	019-632-6078	名古屋支店	052-587-2290	高松営業所	087-837-8055
東京支店	042-580-1423	金沢営業所	076-233-2765	九州支店	0942-81-1778
横浜営業所	045-820-2106	大阪支店	06-6385-1525	鹿児島営業所	099-285-7676
千葉支店	047-458-6061	神戸営業所	078-978-1680	那覇出張所	098-941-1686